



# LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

## No. UACH-DA-A021001-2025-P

ADQUISICIÓN DE UNIDADES DENTALES PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

### JUNTA DE ACLARACIONES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO UACH-DA-A021001-2025-P, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES DENTALES PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.**

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las **10:00 horas** del día **09 de octubre de 2025**, reunido el Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Sala de Juntas de dicho Comité, ubicada en Av. Universidad sin número, Circuito Universitario Campus I, en el edificio que ocupa la Dirección Administrativa, planta baja; y de conformidad con lo que disponen los artículos 58 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, y demás relativos y aplicables de su Reglamento, así como con lo señalado en la Ley Orgánica y el Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad, ambos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se da inicio a la Junta de Aclaraciones de la licitación pública presencial, cuyos datos aparecen en el encabezado de referencia; reunidos en este acto el Comité de Adquisiciones por parte de la convocante y de las personas cuya asistencia se enlista, con el objeto de hacer las aclaraciones para la preparación de las propuestas de la licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma.

El acto es llevado a cabo por la Secretaria del Comité de Adquisiciones, por autorización del Presidente del Comité para el desarrollo de la presente junta, quien en representación del organismo convocante procede a señalar lo que a continuación se indica:

### ASUNTOS A TRATAR

El proveedor que envió sus preguntas por medio electrónico, en tiempo y forma, conforme lo señalado en el numeral IV. JUNTA DE ACLARACIONES de las bases de la presente licitación es:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS	NO. DE PAGINAS
1	ARMANAC, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	2	1

Se asienta que se encuentra presente un representante de la proveedora:

- GEORGINA VALDEZ LARA

La convocante realiza las siguientes aclaraciones a las Bases de la presente licitación:

1. Se aclara que en las paginas 3, y de la 20 a la 27, donde se señala que el Código Postal del domicilio de la Dirección Administrativa es el 31110 se encuentra incorrecto, siendo el Código Postal correcto 31200.
2. Se modifica el segundo párrafo del Apartado VII. EMISIÓN DEL FALLO de las bases del procedimiento para quedar como sigue:

1 de 6



# LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

## No. UACH-DA-A021001-2025-P

ADQUISICIÓN DE UNIDADES DENTALES PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

### JUNTA DE ACLARACIONES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

“El acto de **emisión de fallo** tendrá verificativo en la fecha, hora y lugar que se señale en el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevará a cabo en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en las etapas de presentación y apertura de propuestas. Además de este acto, del **acta de fallo** que de este se derive y sin perjuicio para la convocante, ésta podrá optar por comunicar por escrito el fallo de la licitación a cada uno de los licitantes, conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.”

3. Se modifica el penúltimo párrafo del Apartado VIII. FIRMA DEL CONTRATO de las bases del procedimiento para quedar como sigue:

“La Universidad podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la Universidad, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Función Pública o autoridad competente, lo anterior de conformidad con el artículo 91 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.”

4. Se elimina el segundo párrafo del Apartado VIII. GARANTÍAS de las bases del procedimiento.

5. Se modifican los incisos a) y b) del Apartado XVII. PENAS CONVENCIONALES de las bases del procedimiento, para quedar como sigue:

- a) Por no sostener los precios pactados, en cualquier momento de la entrega de los bienes, se hará efectiva la garantía de cumplimiento del 10% (diez por ciento) en su totalidad.
- b) Por entrega extemporánea de los bienes, se aplicará una pena convencional del 1% (uno por ciento), sobre el valor de los bienes no entregados por cada día de retraso imputable al proveedor, hasta un límite igual al monto del cheque o fianza de garantía de cumplimiento del contrato, contados a partir del día siguiente en que venza el plazo de entrega de los bienes.

6. Se elimina el último párrafo del Apartado XVII. PENAS CONVENCIONALES de las bases del procedimiento.

7. Se agrega la columna de Marca y modelo ofertado al “ANEXO DOS” Propuesta económica de las bases del procedimiento, para quedar como sigue:

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA Y MODELO OFERTADO	PRECIO POR BIEN ANTES DE I.V.A.	SUBTOTAL POR LA PARTIDA ANTES DE I.V.A.
ÚNICA	25	<b>UNIDADES DENTALES GAMA MEDIA</b> CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • USO DIARIO 12 HORAS AL DÍA UTILIZADAS PARA ENSEÑANZA (8 ALUMNOS POR UNIDAD DENTAL). • MEXICANA 100% • INSTALACIÓN INCLUIDA <b>MÓDULO PRINCIPAL:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MÓDULO DE INSTRUMENTAL (BRACKET) DE BRAZO ABATIBLE, RESISTENTE, CON SUSPENSIÓN DE AJUSTE DE ALTURA Y FRENO MECÁNICO, RESISTENTE A GOLPES.</li> <li>• BOTONES DE CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DE LA UNIDAD.</li> <li>• CONEXIONES PARA PIEZA DE BAJA Y ALTA AUTOMÁTICOS.</li> <li>• MANGUERAS DE POLIURETANO CON FORRO DE SILICÓN.</li> <li>• JERINGA TRIPLE CON PUNTA DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE.</li> <li>• NEGASTOSCOPIO DE LUZ LED.</li> <li>• MANÓMETRO ANALOGO.</li> <li>• CONEXIÓN PARA CAVITRÓN O ESCARIADOR.</li> </ul>			

2 de 6



## LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

No. UACH-DA-A021001-2025-P

ADQUISICIÓN DE UNIDADES DENTALES PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

### JUNTA DE ACLARACIONES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

		<p><b>MÓDULO AUXILIAR Y ESCUPIDERA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEBE INCLUIR MÓDULO AUXILIAR Y ESCUPIDERA, DE PREFERENCIA SEPARADOS</li> <li>• ESCUPIDERA DE CERÁMICA, DESMONTABLE PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.</li> <li>• LAVA TARJA Y LLENA VASO DE ACERO INOXIDABLE Y CON LLAVE DE PASO.</li> <li>• EYECTOR DE SALIVA Y EYECTOR QUIRÚRGICO AUTOMÁTICOS, SUCCIÓN VENTURY, CON FILTROS Y RECOLECTOR DE RESIDUOS.</li> <li>• JERINGA TRIPLE CON PUNTA DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE.</li> <li>• SISTEMA FLUSH CON DEPÓSITOS RESISTENTES Y TRANSPARENTES.</li> </ul> <p><b>LÁMPARA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ILUMINACIÓN LED, CON REGULACIÓN DE INTENSIDAD ALTA Y BAJA Y SENSOR DE PROXIMIDAD.</li> <li>• MOVIMIENTOS LIBRES VERTICALES Y HORIZONTALES CON GIRO DE 360°</li> </ul> <p><b>SILLÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESTRUCTURA METÁLICA 100% DESDE EL CABEZAL HASTA LOS PIES.</li> <li>• CAPACIDAD DE PESO HASTA DE 350KG.</li> <li>• PINTURA RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y A LOS QUÍMICOS.</li> <li>• SILLÓN ERGONÓMICO.</li> <li>• TAPICERÍA RESISTENTE AL DESGASTE, A MICROORGANISMOS, FÁCIL LIMPIEZA, IMPERMEABLE Y CON RETARDANCIA AL FUEGO.</li> <li>• MOVIMIENTOS Y ELEVACIÓN DEL SILLÓN ELÉCTRICOS CON MOTOR SILENCIOSO Y CON APOYO DE PISTÓN NEUMÁTICO.</li> <li>• CONTROL DE MOVIMIENTOS DEL SILLÓN EN LA BASE DEL SILLÓN Y EN EL BRACKET.</li> <li>• PEDAL NEUMÁTICO PARA LA ACTIVACIÓN Y CONTROL DE LAS PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD.</li> <li>• CABEZAL ARTICULABLE CON AJUSTE DE ALTURA.</li> <li>• BASE ANCHA, RESISTENTE Y CON AJUSTADORES PARA MAYOR ESTABILIDAD.</li> <li>• DESCANSA BRAZOS ABATIBLE.</li> <li>• CUBIERTAS PLÁSTICAS TERMOFORMADAS O DE FIBRA DE VIDRIO REMOVIBLES.</li> </ul> <p><b>BANQUILLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NEUMÁTICO Y ERGONÓMICO CON ALTURA Y RESPALDO AJUSTABLE, TAPICERÍA SIN COSTURAS Y CON ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, FÁCIL LIMPIEZA, IMPERMEABLE Y CON RETARDANCIA AL FUEGO.</li> </ul> <p><b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONEXIONES DE MANGUERAS HIDRÁULICAS NEUMÁTICAS.</li> <li>• PINTURA HORNEADA ELECTROSTÁTICA O DE POLIURETANO AL ALTO BRILLO RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y A LOS QUÍMICOS USADOS PARA LA DESINFECCIÓN PERMITIDOS POR LA nom-013-SSA2-2015.</li> <li>• CUBIERTAS O PARTES DE LA UNIDAD QUE REQUIERAN SER DE MATERIAL DIFERENTE AL METÁLICO DEBEN SER DE PLÁSTICO TERMOFORMADO O DE FIBRA DE VIDRIO.</li> <li>• TAPICERÍA RESISTENTE AL DESGASTE, A MICROORGANISMOS, A QUÍMICOS DESINFECTANTES, DE FÁCIL LIMPIEZA, IMPERMEABLE Y CON RETARDANCIA AL FUEGO.</li> </ul> <p><b>DEBERÁN CONTAR CON AL MENOS CON 1 AÑO DE GARANTÍA.</b></p>			
				I.V.A.	
				TOTAL DE LA PARTIDA	

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

Departamento de Adquisiciones  
 Circuito Universitario, Campus I, C.P. 31110  
 Tel. 614 439.1532  
 Chihuahua, Chih. Mex.  
 www.uach.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
No. UACH-DA-A021001-2025-P
ADQUISICIÓN DE UNIDADES DENTALES PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

JUNTA DE ACLARACIONES

SECCIÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, PREGUNTAS Y RESPUESTAS

- ARMANAC, S.A. DE C.V.

Table with 2 columns: DUDAS and ACLARACIONES. Contains questions about technical specifications and colors, and corresponding answers.

ESPACIO PARA PREGUNTAS DE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS

Acto seguido, la Convocante abre un espacio para dar oportunidad para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria a la licitación pública en que se dio respuesta, los licitantes formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin embargo, toda vez que no se encuentra presente el licitante que solicitó aclaraciones se da por concluida esta etapa de respuesta a preguntas y aclaraciones.

CIERRE Y FIRMA DEL ACTA

Se recuerda que el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día jueves 16 de octubre de 2025 a las 10:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente de conformidad en el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en la sala de juntas del Comité de Adquisiciones de la Universidad, con la intervención del Comité de Adquisiciones por parte de la convocante.

No habiendo nada más que tratar en la presente Acta se da por terminada esta primera y última Junta de Aclaraciones, siendo las 10:15 horas, del día 09 de octubre de 2025.

Esta Acta consta de 6 (seis) hojas de contenido y 1 (una) hoja de preguntas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma, y estará disponible para consulta pública en la liga de https://uach.mx/licitaciones/da/2025/.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

No. UACH-DA-A021001-2025-P

ADQUISICIÓN DE UNIDADES DENTALES PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

JUNTA DE ACLARACIONES

PROVEEDORES ASISTENTES

Nombre, Razón o Denominación Social	Nombre de quien acude a la junta	R.F.C. del proveedor	Firma
GEORGINA VALDEZ LARA	Ulises Valdez Lara	VALG8007049H4	

COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

PRESIDENTE

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VOCAL

M.A.S.H. *Odava Hinojosa Delauro*  
C.P. IRMA ESTELA LÓPEZ LOO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VOCAL

LIC. VALENTÍN TREVIZO RODRÍGUEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

ASESOR SIN VOTO

  
C.P. Carlos Eduardo Estrella H.  
M.A.R.H. GILBERTO MORENO ZAMBRANO  
AUDITOR INTERNO

SECRETARIA

LIC. ALBAYRIS UNZUETA MÁÑEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VOCAL

M.I. LUZ DEL ROSARIO LÓPEZ ESCOBEDO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

VOCAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTORÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ASESOR SIN VOTO

  
MTRO. ANTONIO AGUIRRE LÓPEZ  
ABOGADO GENERAL



**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**

**No. UACH-DA-A021001-2025-P**

**ADQUISICIÓN DE UNIDADES DENTALES PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

**JUNTA DE ACLARACIONES**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

**ASESOR SIN VOTO**

**VOCAL Y ÁREA REQUERENTE**

**C.P. MARÍA ARZATE MOLINA**

**LIC. ALFREDO HORACIO VEGA ORTÍZ  
DIRECTOR DEL PATRONATO**

**ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA  
ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA**

-----FIN DEL ACTA-----

Chihuahua, Chih. a 09 de Octubre de 2025.

EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PLANTA ALTA, C.P. 31200  
CHIHUAHUA, CHIH., MÉXICO.

AT'N: COMITÉ DE ADQUISICIONES:  
PRESENTE.-

LUIS DE LA CRUZ DIONISIO, en mi carácter de representante legal de la empresa ARMANAC SA DE CV solicito las siguientes aclaraciones del procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO UACH-DA-A021001-2025-P RELATIVA A LA: ADQUISICIÓN DE UNIDADES DENTALES

( X ) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
DUDAS	ACLARACIONES
1.- Solicitamos a la convocante acepte dentro de las especificaciones técnicas en el apartado de <b>sillón</b> : la capacidad de peso de 180 a 200 kg. Ya que es el rango de peso que manejan las unidades dentales en base al peso corporal.  2.- Solicitamos a la convocante nos haga saber el color del forro del sillón de la unidad así como del del banquillo.	

ATENTAMENTE  
ARMANAC S.A. DE C.V.  
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

  
\_\_\_\_\_  
LUIS DE LA CRUZ DIONISIO  
REPRESENTANTE LEGAL

R. LEGAL C.P. LUIS DE LA CRUZ D.

01 722 5414338  
[www.armanacomercializadora.com](http://www.armanacomercializadora.com)  
RFC: ARM180131573

Andador Azaleas, Numero 54 Colonia: Izcalli Cuauhtémoc 1, Estado de México, C.P. 52176.